

**PROTOKÓŁ BIOLOGICZNEJ KONTROLI SKUTECZNOŚCI  
 PROCESU STERYLIZACJI**

(metoda badania PB 07.348 wyd.3/2017-07-17)

Wypełnia Zleceniodawca

|                                       |                |                      |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
| Placówka zlecająca                    | pieczętka      |                      |                |                |
| Data sterylizacji                     |                | Godzina sterylizacji |                |                |
| Typ i nr aparatu                      |                |                      | Rok produkcji  |                |
| Rodzaj testu *                        | Sporal A       | Sporal S             | ATTEST 3M-1262 | ATTEST 3M-1264 |
| Parametry procesu sterylizacji        | Temperatura    |                      |                |                |
|                                       | Czas           |                      |                |                |
|                                       | Ciśnienie      |                      |                |                |
| Rozmieszczenie testów *               | Góra           | G                    | Nr serii       |                |
|                                       | Środek         | S                    | Nr serii       |                |
|                                       | Dół            | D                    | Nr serii       |                |
|                                       | Test kontrolny | K                    | Nr serii       |                |
| Sterylizację wykonał, imię i nazwisko |                |                      |                |                |

\* - zakreślić właściwe

**SPRAWOZDANIE Z BADANIA LABORATORYJNEGO NR.....**

Wypełnia Laboratorium

|  |                            |                          |                 |                          |
|--|----------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Metoda badania                             | PB 07.348 wyd.3/2017-07-17 |                          |                 |                          |
| Data przyjęcia do badania                  |                            | Data rozpoczęcia badania |                 | Data zakończenia badania |
| Rodzaj testu *                             | Sporal A                   | Sporal S                 | ATTEST 3M-1262  | ATTEST 3M-1264           |
| Wynik wzrostu drobnoustrojów wskaźnikowych |                            |                          |                 |                          |
| Test                                       | G                          | Brak wzrostu po.....     | Wzrost po ..... |                          |
| Test                                       | S                          | Brak wzrostu po.....     | Wzrost po ..... |                          |
| Test                                       | D                          | Brak wzrostu po.....     | Wzrost po ..... |                          |
| Test kontrolny                             | K                          | Brak wzrostu po.....     | Wzrost po ..... |                          |
| Uwagi                                      |                            |                          |                 |                          |

|                       |           |              |
|-----------------------|-----------|--------------|
| Proces sterylizacji * | Skuteczny | Nieskuteczny |
|-----------------------|-----------|--------------|

Badanie wykonał:

Wynik badania autoryzował:

.....

.....

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do próbeki, której rodzaj, czas rejestracji, miejsce pobrania są identyfikowane w niniejszym sprawozdaniu. Bez pisemnej zgody Laboratorium nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.