

Specyfikacja techniczna – system zatężania próbek

- Automatyczna kontrola nadmuchu gazu
- Możliwość ustawiania gradientów ciśnienia nadmuchu gazu
- Możliwość stosowania probówek o różnych rozmiarach
- Możliwość łatwego i szybkiego opróżniania i czyszczenia układu
- Samoregulujący się zawór elektronicznej kontroli ciśnienia (EPC)
- Samoregulujący się panel dysz strumienia gazu
- Automatyczne wyłączenie urządzenia przy zbyt niskim poziomie cieczy w łaźni
- Automatyczne odcięcie nadmuchu gazy w przypadku awarii
- Możliwość jednoczesnego zatężania co najmniej 50 próbek
- Czujnik niskiego poziomu cieczy
- Cyfrowe sterowanie programem nadmuchu gazu i temperatury
- Dokładna kontrola ciśnienia gazu przy niskim przepływie
- Opcja sterowania głośnością sygnału dźwiękowego
- Odpowiednia ochrona przed cieciami układów elektronicznych.