

Specyfikacja techniczna – łaźnia ultradźwiękowa

- Pojemność komory roboczej nie mniejsza niż 2,5 litra
- Wymiary komory roboczej: nie mniejsze niż 240 x 135 x 100 mm
- Moc ultradźwiękowa nie mniejsza niż 2 x 160 W
- Częstotliwość około 40 kHz
- Moc układu grzania nie mniejsza niż 150 W
- Zakres programowania czasu pracy od 0 do co najmniej 30 minut
- Akceptowany zakres temperatury pracy nie gorszy niż od +2°C do +50°C
- Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer x głęb x wys): 265 x 165 x 230 mm
- Waga – nie większa niż 4,0 kg
- Obudowa i komora wewnętrzna wykonane ze stali nierdzewnej
- łaźnia powinna być dostarczona ze koszykiem ze stali nierdzewnej.