

Specyfikacja techniczna – pipeta nastawna

- Pipeta jednokanałowa autoklawowalna w całości
- Zakres pojemności: 500 – 5000 μ l
- Pipeta kompatybilna ze statywem dostarczanym z zestawem pipet
- Zrzutnik tipsów oraz stożek na tipsy z tworzywa sztucznego (nie dopuszcza się elementów metalowych) bez dodatkowych elementów uszczelniających tj. gumowe O-ringi
- Pipeta powinna posiadać samonośny mechanizm regulacji objętości, odizolowany termicznie od obudowy pipety, niewrażliwy na zmiany objętości wywołane ciepłem ręki operatora
- Okienko z wartością ustawionej objętości umieszczone z boku uchwytu pipety, osłonięte przezroczystym tworzywem
- Obok okienka z wartością objętości, fabrycznie przygotowane miejsce do umieszczenia wkładki z opisem pipety, osłonięte demontowaną obudową z tworzywa sztucznego
- Dwudzielny przycisk, z ruchomą, niedemontowalną, górną częścią, zabezpieczającą przed przypadkową zmianą objętości
- Pipetę należy dostarczyć z indywidualnym protokołem badań producenta
- Produkt musi być oznaczony, jako zgodny z IVD – certyfikat powinien zostać dołączony do oferty wraz z tłumaczeniem
- Parametry potwierdzone w folderze producenta
- Dopuszcza się załączanie do oferty folderów w języku angielskim
- W celu potwierdzenia, że oferowane usługi świadczone przez wykonawcę wraz z dostawą odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego wymaga się dołączenia do oferty kopii dokumentu wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu dla Wykonawcy, jeśli nie jest on producentem.