

## Specyfikacja techniczna - pipety

- Pipety jednokanałowe autoklawowalne w całości, dostarczane w zestawie
- Zakres pojemności: 1 – 10 µl, 10 – 100 µl, 100 – 1000 µl
- Każdy zestaw powinien składać się z:
  - a) kompletu pipet zgodnego z numerem zestawu,
  - b) autoklawowalnych pudełek z tipsami, odpowiadających pipetom typem – liczba pudełek zgodna z ilością pipet
  - c) statywu na co najmniej 6 pipet – w celu szybkiego i łatwego odczytywania objętości, pipety powinny być wieszane na stelażu w jednym rzędzie (nie dopuszcza się statywów karuzelowych)
- Zrzutnik tipsów oraz stożek na tipsy z tworzywa sztucznego (nie dopuszcza się elementów metalowych) bez dodatkowych elementów uszczelniających tj. gumowe O-ringi
- Każda pipeta powinna posiadać samonośny mechanizm regulacji objętości, odizolowany termicznie od obudowy pipety, niewrażliwy na zmiany objętości wywołane ciepłem ręki operatora
- Okienko z wartością ustawionej objętości umieszczone z boku uchwytu pipety, osłonięte przezroczystym tworzywem
- Obok okienka z wartością objętości, fabrycznie przygotowane miejsce do umieszczenia wkładki z opisem pipety, osłonięte demontowaną obudową z tworzywa sztucznego
- Dwudzielny przycisk, z ruchomą, niedemontowalną górną częścią, zabezpieczającą przed przypadkową zmianą objętości
- W celu łatwej i wygodnej obsługi, wybór odpowiedniej objętości dokonywany tylko poprzez przekręcanie przycisku tłoka, bez współosiowych tulei lub innych rozwiązań, utrudniających pracę
- Pipetę należy dostarczyć z indywidualnym protokołem badań producenta
- Produkt musi być oznaczony, jako zgodny z IVD – certyfikat powinien zostać dołączony do oferty wraz z tłumaczeniem
- Parametry potwierdzone w folderze producenta
- Dopuszcza się załączanie do oferty folderów w języku angielskim
- W celu potwierdzenia, że oferowane usługi świadczone przez wykonawcę wraz z dostawą odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego wymaga się dołączenia do oferty

**Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego z dnia 19 grudnia 2016 roku**

kopii dokumentu wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu dla Wykonawcy, jeśli nie jest on producentem.